



JBL PROFLORA Sensor de pH+Cal

Eléctrodo de pH com conexão BNC

Suitable for:    



- Eléctrodo de qualidade sólido para o JBL pH-Control e outros aparelhos de medição e regulação de pH com conexão BNC incl. fluido para a calibração e conservação de sensores de pH
- Ligação simples: ligação do eléctrodo através de ligação BNC ao respetivo equipamento de medição ou controlo (não incluídos)
- Tampa de proteção grande, cheia com uma solução de conservação, vara de plástico e enchimento de gel, adequada para muitos sistemas com conetores BNC
- Testado individualmente com relatório de teste individual.
- Incluído: eléctrodo de pH, cabo de 2 m, 2 ventosas para a fixação, 3 cuvetes, frascos de 50 ml: Solução de conservação, água destilada, fluido de calibração pH7,0 e 4,0



JBL PROFLORA Sensor de pH+Cal

Accessories



JBL Solução tampão pH 4,0

Líquido de calibragem com pH 4,0 para elétrodos de pH




JBL Solução tampão pH 7,0

Líquido de calibragem com pH 7,0 para elétrodos de pH



JBL Dest

Água de limpeza destilada para elétrodos de pH



JBL Solução para conservação

Solução de lavagem e armazenamento p/ elétrodos de pH



JBL PROFLORA T3

Mangueira especial para sistemas de CO₂ em aquários



JBL PROFLORA Cal

Conjunto completo para a calibração



JBL PROFLORA Sensor de pH+Cal



Spare parts



JBL Ventosa de clipe 12 mm

Ventosa de borracha com cliques para objetos com 12 mm



JBL pH Control Touch Sensor de temperatura



JBL PROFLORA Sensor de pH+Cal



Product information

Peixes saudáveis devido ao valor de pH ideal

O valor da acidez determina o valor de pH da água. Para conservar a saúde dos peixes e das plantas, este valor deve ser constantemente monitorizado e ajustado às condições. O valor de pH correto depende da população de peixes do aquário, um valor de pH incorreto pode provocar stress e doenças.

Ligação simples

O eletrodo de pH é ligado ao respetivo sistema de medição ou controlo através de uma ligação BNC.-
SEGURO - O eletrodo foi testado com relatório de teste individual e deverá ser substituído após cerca de 2 anos. Possui uma capa de proteção grande, preenchida com solução para conservação.

Eléktrodos de pH:

Cada dispositivo de controlo ou medição de pH e também o dispositivo de controlo JBL pH-CO2 (JBL PROFLORA pH-Control Touch) precisa de um eletrodo de pH (JBL PROFLORA pH-Sensor+Cal) para medir o valor do pH da água. Os eletrodos de pH vão envelhecendo com o tempo e devem ser renovados aprox. a cada 2 anos. A cada 30-45 dias, é necessário calibrar o eletrodo de pH para que continue a indicar valores corretos. Durante a calibração, ocorre também a verificação da funcionalidade do eletrodo, para que fique a saber se é necessário um novo eletrodo ou não. Os eletrodos de pH não gostam da adição de medicamentos à água e devem ser colocados num copo com água do aquário durante o tratamento. O armazenamento de eletrodos de pH não deve ser feito em água destilada, mas sim numa solução de cloreto de potássio (KCl) (Solução de conservação da JBL).

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instruções	✓
QR code	



JBL PROFLORA Sensor de pH+Cal

Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	-