



JBL Tampon çözelti pH 7,0

pH elektrotları için pH 7,0 kalibrasyon sıvısı

Suitable for:    



- pH elektrotlarının akvaryumlarda profesyonelce kullanımı: Elektrotların pH 4,0 ile kalibrasyonu için sıvı
- Basit uygulama: Tampon çözeltiyi küvete doldurun. Elektrodu sudan çıkarın. Kuru elektrodun daldırılması ve yıkanması talimata göre yapılmalıdır
- pH değeri ölçüm hatalarına yer yok: elektrot kalibrasyonuna bağlı olarak kesin ölçüm
- Güvenli muhafaza: Kapağı vidalı küçük şişe. Birden fazla uygulama
- Teslimat kapsamı: pH elektrotları için 50 ml kalibrasyon sıvısı, tampon çözelti pH 4,0



JBL Tampon çözelti pH 7,0



Product information

Sağlıklı balıklar ve bitkiler


pH değeri suyun asiditesini belirler. Bu değer balıkların ve bitkilerin sağlığını korumak için sürekli kontrol edilmeli ve çıkan sonuca göre ayarlama yapılmalıdır. Doğru pH değeri akvaryumdaki balık popülasyonuna bağlıdır, yanlış bir pH değeri strese ve hastalıklara yol açabilir. Söz konusu değer bir elektrot yardımı ile hassas olarak ölçülebilir.

Elektrotların temizlenmesi ve bakımı

Elektrodun üstünde biriken bakteriler, kireç ve diğer kirler gerçek pH değerini değiştirebilir. Elektrotların düzenli olarak temizlenmesi ve kalibre edilmesi ölçümlerin hassas bir şekilde yapılmasını ve pH değerinin hatasız olmasını sağlar. Elektrotlar her zaman sıvı içerisinde saklanmalıdır.

Güvenli saklama

Tekrarlamalı uygulama için kapağı vidalı küçük şişe.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | × |
| Laboratory/calculator | × |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | × |
| Video | × |
| GarantiePlus | × |
| Talimatlar | × |
| QR code |  |



JBL Tampon çözelti pH 7,0

| | |
|------------------|---|
| Food type | - |
| Sub product type | - |
| Dosing | - |